



ANALIZA BIAŁEK



100004077

## Laboratorium Analizy

**Klient:** NIE WSKAZANO  
**Numer zamówienia:** 100004077  
**Nazwa:** EMPEROR DIANABOL  
**Ilość próbek:** 1 tabletki

**Numer partii:** -----  
**Data przyjęcia:** 2023-09-06  
**Data rozpoczęcia:** 2023-09-25  
**Data zakończenia:** 2023-09-28

## Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Methandienone	Próbka dostarczona przez klienta	Białe tabletki w plastikowym pojemniku

## Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Methandienone	EMPEROR DIANABOL 10MG/TAB	10,13mg/tab	-----

## Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H<sub>2</sub>O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 10,13mg/tab. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

## Zdjęcie badanej próbki



**Hasło dostępu**

ND634N20


**Analiza Białek sp. z o.o.**  
**KRS:** 0000966168  
**NIP:** 8992922970  
**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**  
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław  
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**  
Specjalista ds. analiz i badań  
mgr Arkadiusz Zajac



## Chromatogram



## Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

## Hasło dostępu

ND634N20